

Código de Informe de Ensayo: AR-21-YL-000188-01
Código de muestra 560-2020-00009998
Fecha de emisión 11/01/2021

ENSAYOS A MASCARILLAS	CAS No.	RESULTADOS	INC.	LOQ	LÍMITES
-----------------------	---------	------------	------	-----	---------

Análisis sobre:A - Antes de lavar

• **Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)**

Fecha fin de análisis: 11/01/2021

EN 14683:2019+AC:2019 Anexo B

Eficacia de filtración bacteriana (BFE)	95.6 %	-	≥ 90 %	✓ Cumple
---	--------	---	--------	----------

Datos completos del ensayo incluidos en el Anexo.
 Ensayo cubierto por acreditación NABL nº TC-5492.

Respirabilidad (Presión diferencial)

Fecha fin de análisis: 04/01/2021

EN 14683:2019+AC:2019 Anexo C

Presión diferencial	52.0 Pa/cm ² (± 2.9) Pa/cm ²	-	<60 Pa/cm ²	✓ Cumple
---------------------	--	---	------------------------	----------

Datos completos del ensayo incluidos en el Anexo.

Análisis sobre:B - Tras 30 lavados

• **Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)**

Fecha fin de análisis: 11/01/2021

EN 14683:2019+AC:2019 Anexo B

Eficacia de filtración bacteriana (BFE)	95.3 %	-	≥ 90 %	✓ Cumple
---	--------	---	--------	----------

Datos completos del ensayo incluidos en el Anexo.
 Ensayo cubierto por acreditación NABL nº TC-5492.

Respirabilidad (Presión diferencial)

Fecha fin de análisis: 04/01/2021

EN 14683:2019+AC:2019 Anexo C

Presión diferencial	62.0 Pa/cm ² (± 3.0) Pa/cm ²	-	<60 Pa/cm ²	✓ Cumple
---------------------	--	---	------------------------	----------

Datos completos del ensayo incluidos en el Anexo.